



SFM MED FRANCE SAS

Numéro d'immatriculation : 502 055 338 RCS Lyon
N° TVA Intracommunautaire : FR78502055338

FICHE TECHNIQUE – POTENCE MÉDICALE



1. Identification du Dispositif

- **Nom commercial** : Potence médicale
 - **Catégorie** : Dispositif d'assistance au patient
 - **Usage principal** : Aide à la mobilisation et au redressement des patients alités
 - **Utilisation** : Hôpitaux, EHPAD, soins à domicile, services de soins de suite et de rééducation
-



SFM MED FRANCE SAS

Numéro d'immatriculation : 502 055 338 RCS Lyon
N° TVA Intracommunautaire : FR78502055338

2. Description Générale

- Potence montée sur pied roulant.
- Composée d'un bras en métal réglable avec poignée triangulaire suspendue.
- Destinée à favoriser l'autonomie des patients pour se redresser ou se repositionner.

3. Caractéristiques Techniques

Spécification	Valeur Typique
Hauteur réglable	110 à 200 cm
Longueur du bras	70 à 90 cm
Charge maximale supportée	75 à 100 kg (poids de traction)
Matériau de la structure	Acier peint époxy ou inox
Poignée de traction	Triangulaire, ergonomique, avec sangle réglable
Fixation	base à roulettes
Mobilité (si sur pied)	Base 5 roulettes avec freins
Nettoyage	Compatible avec désinfection hospitalière

4. Indications d'Utilisation

- Aide à la mobilisation autonome des patients alités (changement de position, redressement).
- Indiqué pour :
 - Patients en rééducation ou post-opératoires
 - Personnes âgées ou à mobilité réduite
 - Soins palliatifs à domicile ou en institution

5. Avantages

- Favorise l'autonomie et la participation du patient
- Réduit les efforts du personnel soignant lors des mobilisations
- Structure robuste et sécurisée
- Installation rapide et adaptable à différents lits



SFM MED FRANCE SAS

Numéro d'immatriculation : 502 055 338 RCS Lyon
N° TVA Intracommunautaire : FR78502055338

-
- Facile à nettoyer et entretenir
-

6. Normes et Conformités

- **Conformité CE** : Oui
 - **Normes applicables** :
 - ISO 13485 (dispositifs médicaux – gestion qualité)
 - EN ISO 14971 (gestion des risques)
 - Normes de sécurité pour dispositifs d'assistance (selon réglementation nationale)
-

7. Entretien & Recommandations

- Vérification régulière de la stabilité et de la fixation
- Nettoyage quotidien avec produits désinfectants adaptés
- Ne pas dépasser la charge maximale autorisée
- Stocker dans un endroit propre et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée